

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE

CNPJ 21.467.008/0001-32	NOME DO FUNDO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Endereço Completo RONY DE CASTRO PEREIRA JARDIM AMERICA	EA MUNICIPAL	Tipo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CEP 76.980-736	UF RO	Município VILHENA

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA

Recurso de Programa/Ação

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

Nome:	HOSPITAL REGIONAL ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA		
Tipo Unidade:	HOSPITAL GERAL		
CNPJ:		CNES:	2798484
Endereço:	AVENIDA SABINO BEZERRA DE QUEIROZ - JARDIM AMERICA, CEP:76980748		

OBJETO DA PROPOSTA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA**UNIDADE ASSISTIDA:** HOSPITAL REGIONAL ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA **CNES:** 2798484**INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.**

AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA

INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.

PÓLO REGIONAL

INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNÍCIPIOS ADSCRITOS.

O HOSPITAL REGIONAL ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA, LOCALIZA-SE NO MUNICÍPIO DE VILHENA/RO, HÁ 700 KM DA CAPITAL PORTO VELHO/RO, COM POPULAÇÃO DE 87.727 HABITANTES, COMPÕE A REGIÃO DE SAÚDE COMO SEDE PARA OS MUNICÍPIOS DE COLORADO DO OESTE, CEREJEIRAS, CABIXI, CORUMBIARA, PIMENTEIRAS E CHUPINGUAIA, SOMANDO UMA POPULAÇÃO DE 152.565 HABITANTES. INAUGURADO NO ANO DE 1.984, COM A MISSÃO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA INTEGRAL, IGUALITÁRIA, QUALITATIVA E HUMANIZADA AOS USUÁRIOS SUS DO MUNICÍPIO E REGIÃO. A UNIDADE CONTA COM 201 LEITOS DE INTERNAÇÃO NAS ESPECIALIDADES, CIRÚRGICA, OBSTÉTRICA, CLÍNICA E PEDIÁTRICA, SENDO DESSE TOTAL 10 LEITOS DE UTI TIPO II, 03 UNIDADE INTERMEDIÁRIA E 06 DE UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIO NEONATAL CONVENCIONAL/ UCINC. OFERECE OS SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO, INTERNAÇÃO, SADT E, URGÊNCIA, ATENDENDO DEMANDA ESPONTÂNEA E REFERENCIADA, INCLUSIVE DEMANDA ESPONTÂNEA DO ESTADO DE MATO GROSSO AO QUAL FAZ LIMITE GEOGRÁFICO. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES TEM OBJETIVO DE EQUIPAR, QUALIFICAR E REESTRUTURAR AS AÇÕES E SERVIÇOS EXISTENTES, COM FOCO NA TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL. DE ACORDO COM A OMS, EM 2005, 278 MILHÕES DE PESSOAS TÊM PERDAS AUDITIVAS DE GRAU MODERADO A PROFUNDO, SENDO QUE 80% DESTAS VIVEM EM PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO. A METADE DOS CASOS DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA PODERIA SER PREVENIDA E SEUS EFEITOS MINIMIZADOS SE A INTERVENÇÃO FOSSE INICIADA PRECOCEMENTE. SEGUNDO DADOS DE DIFERENTES ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS, A PREVALENCIA DA DEFICIÊNCIA AUDITIVA VARIA DE UM A SEIS NEONATOS PARA CADA MIL NASCIDOS VIVOS, E DE UM A QUATRO PARA CADA CEM RECÉM-NASCIDOS PROVENIENTES DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL (UTIN). ESTA PREVALENCIA É CONSIDERADA ELEVADA SE COMPARADA A OUTRAS DOENÇAS PASSÍVEIS DE TRIAGEM NA INFÂNCIA, COMO: FENILCETONÚRIA 1:10.000; ANEMIA FALCIFORME 2:10.000; SURDEZ 30:10.000 (NCHAM, 2012). A TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL (TAN) TEM POR FINALIDADE A IDENTIFICAÇÃO O MAIS PRECOCEMENTE POSSÍVEL DA DEFICIÊNCIA AUDITIVA NOS NEONATOS E LACTENTES. CONSISTE NO TESTE E RETESTE, COM MEDIDAS FISIOLÓGICAS E ELETROFISIOLÓGICAS DA AUDIÇÃO, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHÁ-LOS PARA DIAGNÓSTICO DESSA DEFICIÊNCIA, E INTERVENÇÕES ADEQUADAS À CRIANÇA E SUA FAMÍLIA. NO CASO DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA PERMANENTE, O DIAGNÓSTICO FUNCIONAL E A INTERVENÇÃO INICIADOS ANTES DOS SEIS MESES DE VIDA DA CRIANÇA POSSIBILITAM, EM GERAL, MELHORES RESULTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA FUNÇÃO AUDITIVA, DA LINGUAGEM, DA FALA, DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM E, CONSEQUENTEMENTE, A INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA. A TAN FAZ PARTE DE UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE DEVEM SER REALIZADAS PARA A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE AUDITIVA NA INFÂNCIA. A TAN DEVE SER REALIZADA, PREFERENCIALMENTE, NOS PRIMEIROS DIAS DE VIDA (24H A 48H) NA MATERNIDADE A MATERNIDADE DO HOSPITAL REGIONAL DE VILHENA REALIZA EM MÉDIA 2.256 PARTOS ANUALMENTE. A UNIDADE POSSUI 2 FONOaudióLOGOS PARA MANUSEAR OS EQUIPAMENTOS. ATUALMENTE A MATERNIDADE DO HOSPITAL NÃO DISPÕE DE EQUIPAMENTO PARA O ATENDIMENTO A TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL, APÓS A AQUISIÇÃO DOS MESMOS O OBJETIVO É A REALIZAÇÃO DA TRIAGEM EM 100% DOS RECÉM-NASCIDOS VIVOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR ANTES DA ALTA PARA DETECCÃO PRECOCE DE POSSÍVEIS ALTERAÇÕES AUDITIVAS. O FLUXO DE ATENDIMENTO CASO O RECÉM-NASCIDO APRESENTE FALHA NA TRIAGEM AUDITIVA, SERÁ ENCAMINHADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) PARA REALIZAÇÃO DO RETESTE APÓS 15 DIAS E ACOMPANHAMENTO CASO SEJA NECESSÁRIO E, OU QUANDO APRESENTAR ALGUM FATOR DE RISCO PARA AUDIÇÃO.

INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.

153000, 97000

INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL

PERMANENTE SOLICITADO.

EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE

EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?

SIM

INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.

SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE**UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA****Ambiente: Consultório de Fonoaudiologia**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No-Break (Para Computador/Impressora)	1	900,00	900,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	NÃO		

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa para Consultório	1	230,00	230,00
Característica Física	Especificação		
GAVETAS	02		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador (Desktop-Básico)	1	4.500,00	4.500,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	NÃO		

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	NÃO		

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.

Ambiente: Área Coletiva de Tratamento Intensivo Neonatal

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	10	90,00	900,00
Característica Física	Especificação		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
BERA Triagem	2	50.000,00	100.000,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	SIM		

Especificação Técnica

Equipamento portátil que realiza teste ABR automatizado e possui sistema passa/falha; memória; software. Deve acompanhar o equipamento no mínimo os seguintes acessórios: pasta abrasiva e condutiva, eletrodos, conjunto de olivas de vários tamanhos, impressora, cabos para comunicação para computadores, bateria recarregável e maleta para transporte.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	2	300,00	600,00
Característica Física	Especificação		
GAVETAS	02		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2	700,00	1.400,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA	40 Kg		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO		
DIMENSÕES/ PRATELEIRAS	ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/03 OU 04		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIA		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Otoscópio Simples	1	650,00	650,00
Característica Física	Especificação		
ILUMINAÇÃO	FIBRA ÓPTICA / HALÓGENA - XENON		
COMPOSIÇÃO	5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Auxiliar	2	600,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO	40 X 40 X 80 (CM) / AÇO INOXIDÁVEL		
RODÍZIOS	POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lanterna Clínica	2	80,00	160,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	LED		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	1	90,00	90,00
Característica Física	Especificação		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		

MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO
Especificação Técnica	
Nome do Equipamento	Qtd.
Emissões Otoacústicas Triagem	2
Característica Física	
ESPECIFICAR	SIM
Especificação Técnica	
Equipamento portátil e automático com display de cristal líquido que realiza teste com os seguintes módulos: Produto de Distorção (PD) e Transiente (TE). Faixa de intensidade em torno de 40 dB a 70dB PD e 83dB TE. Deve apresentar sistema passa/falha, faixa de frequência, faixa de intensidade de estímulo, saída máxima. Deve possuir memória para no mínimo 200 exames e realizar a impressão do resultado. Deve acompanhar o aparelho conjunto de olivas de vários tamanhos, impressora, software, cabos para comunicação para computadores, bateria recarregável e maleta para transporte.	
Nome do Equipamento	Qtd.
Armário	2
Característica Física	
CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA	40 Kg
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO
DIMENSÕES/ PRATELEIRAS	ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/03 OU 04
Especificação Técnica	
Nome do Equipamento	Qtd.
Mesa para Consultório	2
Característica Física	
GAVETAS	02
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR
Especificação Técnica	
Total	
Qtd. Total	
Valor Total (R\$)	
33	
169.990,00	

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
33	169.990,00